

はかりの校正における最高測定能力

校正範囲	最高測定能力 (k=2)	校正範囲	最高測定能力 (k=2)	校正範囲	最高測定能力 (k=2)
10g以上 50g以下	0.29 mg	2.5kg超 3kg以下	27 mg	18kg超 19kg以下	190 mg
50g超 100g以下	0.50 mg	3kg超 3.5kg以下	29 mg	19kg超 20kg以下	200 mg
100g超 150g以下	0.68 mg	3.5kg超 4kg以下	32 mg	20kg超 21kg以下	210 mg
150g超 200g以下	0.87 mg	4kg超 4.5kg以下	35 mg	21kg超 22kg以下	210 mg
200g超 250g以下	1.0 mg	4.5kg超 5kg以下	39 mg	22kg超 23kg以下	220 mg
250g超 300g以下	1.3 mg	5kg超 6kg以下	46 mg	23kg超 24kg以下	230 mg
300g超 350g以下	3.2 mg	6kg超 7kg以下	140 mg	24kg超 25kg以下	230 mg
350g超 400g以下	2.9 mg	7kg超 8kg以下	140 mg	25kg超 26kg以下	240 mg
400g超 450g以下	3.1 mg	8kg超 9kg以下	150 mg	26kg超 27kg以下	250 mg
450g超 500g以下	3.4 mg	9kg超 10kg以下	160 mg	27kg超 28kg以下	260 mg
500g超 600g以下	4.0 mg	10kg超 11kg以下	160 mg	28kg超 29kg以下	260 mg
600g超 700g以下	4.4 mg	11kg超 12kg以下	170 mg	29kg超 30kg以下	270 mg
700g超 800g以下	4.4 mg	12kg超 13kg以下	180 mg	30kg超 40kg以下	1.4 g
800g超 900g以下	4.9 mg	13kg超 14kg以下	190 mg	40kg超 50kg以下	1.6 g
900g超 1kg以下	5.4 mg	14kg超 15kg以下	200 mg	50kg超 60kg以下	1.7 g
1kg超 1.5kg以下	20 mg	15kg超 16kg以下	200 mg	60kg超 80kg以下	2.2 g
1.5kg超 2kg以下	20 mg	16kg超 17kg以下	180 mg	80kg超 100kg以下	2.7 g
2kg超 2.5kg以下	23 mg	17kg超 18kg以下	190 mg	---	---