

はかりの校正における校正測定能力

校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準 約95%)	校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準 約95%)	校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準 約95%)
10 g以上 50 g以下	0.29 mg	2.5 kg超 3 kg以下	27 mg	18 kg超 19 kg以下	0.19 g
50 g超 100 g以下	0.50 mg	3 kg超 3.5 kg以下	29 mg	19 kg超 20 kg以下	0.20 g
100 g超 150 g以下	0.68 mg	3.5 kg超 4 kg以下	32 mg	20 kg超 21 kg以下	0.21 g
150 g超 200 g以下	0.87 mg	4 kg超 4.5 kg以下	35 mg	21 kg超 22 kg以下	0.21 g
200 g超 250 g以下	1.0 mg	4.5 kg超 5 kg以下	39 mg	22 kg超 23 kg以下	0.22 g
250 g超 300 g以下	1.3 mg	5 kg超 6 kg以下	46 mg	23 kg超 24 kg以下	0.23 g
300 g超 350 g以下	3.2 mg	6 kg超 7 kg以下	0.14 g	24 kg超 25 kg以下	0.23 g
350 g超 400 g以下	2.9 mg	7 kg超 8 kg以下	0.14 g	25 kg超 26 kg以下	0.24 g
400 g超 450 g以下	3.1 mg	8 kg超 9 kg以下	0.15 g	26 kg超 27 kg以下	0.25 g
450 g超 500 g以下	3.4 mg	9 kg超 10 kg以下	0.16 g	27 kg超 28 kg以下	0.26 g
500 g超 600 g以下	4.0 mg	10 kg超 11 kg以下	0.16 g	28 kg超 29 kg以下	0.26 g
600 g超 700 g以下	4.4 mg	11 kg超 12 kg以下	0.17 g	29 kg超 30 kg以下	0.27 g
700 g超 800 g以下	4.4 mg	12 kg超 13 kg以下	0.18 g	30 kg超 40 kg以下	1.4 g
800 g超 900 g以下	4.9 mg	13 kg超 14 kg以下	0.19 g	40 kg超 50 kg以下	1.6 g
900 g超 1 kg以下	5.4 mg	14 kg超 15 kg以下	0.20 g	50 kg超 60 kg以下	1.7 g
1 kg超 1.5 kg以下	20 mg	15 kg超 16 kg以下	0.20 g	60 kg超 80 kg以下	2.2 g
1.5 kg超 2 kg以下	20 mg	16 kg超 17 kg以下	0.18 g	80 kg超 100 kg以下	2.7 g
2 kg超 2.5 kg以下	23 mg	17 kg超 18 kg以下	0.19 g	---	---